ISE GRAM II

USO DESTINADO:
O ISE GRAM II é um Kit exclusivo para diagnóstico “in Vitro” nos Analisadores de Eletrólitos.

CONTÉM:
Componentes Ativos

Solução A	350 mL
Sódio (Na^+)	150.0 mmol/L
Potássio (K^+)	5,0 mmol/L
Cloro (Cl^-)	115.0 mmol/L
Calcio (Ca^{++})	0.9 mmol/L
Lítio (Li^{++})	0.3 mmol/L

Solução B	100 mL
Sódio (Na^+)	100.0 mmol/L
Potássio (K^+)	1.8 mmol/L
Cloro (Cl^-)	72.0 mmol/L
Calcio (Ca^{++})	1.5 mmol/L
Lítio (Li^{++})	0.3 mmol/L

Solução C	100 mL
Sódio (Na^+)	150.0 mmol/L
Potássio (K^+)	5,0 mmol/L
Cloro (Cl^-)	115.0 mmol/L
Calcio (Ca^{++})	0.9 mmol/L
Lítio (Li^{++})	1.4 mmol/L

Solução Referência	100 mL
Cloreto de Potássio	1.2 mmol/L

Também estão inclusos outros ingredientes não reativos necessários para a ótima operação do sistema.

CONSERVAÇÃO:
Armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
Não refrigere. Quando usada esta unidade contém fluidos humanos (sangue, soro, urina). Prejudicial à saúde se ingerido. Evite o contato com os olhos e pele. No caso de acidente, lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.

DESCARTE:
Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados. Após a mistura com amostras de material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO:
Conforme manual ou instruções do fabricante do equipamento.

Notificação

ANVISA:81692610002

FABRICANTE:
Vyttra Diagnósticos S.A.
Avenida Radamés Lo Sardo, 222 - Uberaba - Bragança Paulista - São Paulo
CEP: 12908-829 CNPJ: 00.904.728/0012-09
vyttra.com

Atendimento ao cliente: 0800 703 4043

Responsável Técnico: Patricia Yamaguti **CRF-SP:** 32622

INDÚSTRIA BRASILEIRA