vyttra diagnósticos

CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO

REV 07
Data: 07/11/2019

Produto: Solução Rinse 2 **Lote: 2501007** **Cód.Com: N/A**
Origem: Nacional **Fabricação: 01/2025** **Validade: 01/2027** **Cód. ID: 02.06.00012**

Nº do boletim da análise: 051 **TPD 031**
Nº de análise: 063/25

Referência: Solução Rinse 2 **Lote: 2309769** **Validade: 09/2025**

1-TESTES

		Resultados			
	Especificação	**Filtração**	**Início**	**Final**	**Média**
1.1 Aspecto	**Solução Límpida e Incolor**	Solução Límpida e Incolor	Solução Límpida e Incolor	Solução Límpida e Incolor	N/A
1.2 pH	**6,600 - 7,100**	6,850	6,780	6,840	6,823
1.3 Condutividade(uS/cm)	**1630 - 1800**	1800	1775	1800	1788
1.3 Teste de Microscopia em corador de lâmina	**Estado Morfológico Geral; Plaquetas bem coradas; Lâminas secas; Limpeza do esfregaço ao microscópio**	N/A	Estado Morfológico Geral; Plaquetas bem coradas; Lâminas secas; Limpeza do esfregaço ao microscópio	Estado Morfológico Geral; Plaquetas bem coradas; Lâminas secas; Limpeza do esfregaço ao microscópio	N/A

DATA DE APROVAÇÃO: 27/01/25

APROVADO (X) REPROVADO ( )

Analista

Gerente da Qualidade