vyttra

CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Anti CHAGAS SYM	CÓDIGO: VYT010807805EN
Lote: 2501022	Validade: 07/2025

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Microplaca	2501022E	1	07/2025
Controle Negativo	2501022C	1	07/2025
Controle Positivo	2501022B	1	07/2025
Conjugado	2501022A	1	07/2025
Diluente de Amostras	2501022D	1	07/2025
Cromógeno Substrato	2412138	1	07/2025
Solução Bloqueadora	2412135	1	05/2026
Solução Lavagem	2412116	2	05/2026

CONTROLE QUALIDADE	
VALORES ESPERADOS	**VALORES OBTIDOS**
D.O.	D.O.
Controle Negativo: < 0,200	0,026
Controle Positivo: > 1,000	2,563
Controle Cut Off: (CN + CP) x 0,22	0,569

CV%	**CV%**
CP≤ 10%	2,2%

Controle Qualidade: **LIBERADO**

Resp.: Patrícia Yamaguti
CRF-SP 32.622

DATA: 15/01/2025

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Jardim Uberaba, Bragança Paulista, SP - Brasil
C.N.P.J. 00.904.728/0012-09
Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622