vyttra
diagnósticos

CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Smart Teste Sangue Oculto SYM

Lote: 2501039

CÓDIGO: VYT010807841EN

Validade: 04/2026

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Cassete	24I202P	50	abr/26
Tubo de coleta	2501039A	50	abr/26

CONTROLE QUALIDADE		
AMOSTRAS	**CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO**	**RESULTADOS**
Amostra Negativa	linha invisível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva Fraca	linha visível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva	linha visível na região teste dentro de 5 minutos	OK
Linha de Controle	linha visível na região controle dentro de 3 minutos	OK

SJ

20/01/25

Controle de Qualidade: **LIBERADO**

20/01/2025

Patrícia Yamaguti

CRF-SP 32.622

Vyttra Diagnósticos S.A. - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Uberaba, Bragança Paulista, S.P.- Brasil

C.N.P.J. 00.904.728/0012-09 - Fone: 0800 703 4043

Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622