vyttra diagnósticos

CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO

REV: 04
DATA: 06/12/2018

Produto: Solução Cristal Violeta **Lote: 2501060** **Cód. Com.: N/A**
Origem: Nacional **Fabricação: 01/2025** **Validade: 02/2027** **Cód. ID: 10.06.00022**

Nº do boletim da análise: 115 **TPD-066**
Nº de análise: 066/25

1-TESTES		Resultados			
	Especificação	**Filtração**	**Início**	**Final**	**Média**
1.1 Aspecto	**Solução Azul-Arroxeada**	Solução Azul-Arroxeada	Solução Azul-Arroxeada	Solução Azul-Arroxeada	N/A
1.2 pH	**3,800 - 4,800**	4,160	4,120	4,190	4,157
1.3 Análise Microscópica	**Todas as formas e estruturas presentes no esfregaço devem manter-se íntegras após a coloração**	N/A	Todas as formas e estruturas presentes no esfregaço encontraram-se íntegras após a coloração.	Todas as formas e estruturas presentes no esfregaço encontraram-se íntegras após a coloração.	N/A

*Rev. 04: Atualização conforme TPD 066 rev 06

DATA DE APROVAÇÃO: 28/01/25

APROVADO (X) REPROVADO ( )

Analista

Gerente da Qualidade