# CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Anti CHAGAS SYM

CÓDIGO: VYT010807805EN

Lote: 2503185

Validade: 07/2025

**COMPONENTES DO KIT**

| DESCRIÇÃO | LOTE | QUANTIDADE | VALIDADE |
|---|---|---|---|
| Microplaca | 2503185E | 1 | 07/2025 |
| Controle Negativo | 2503185C | 1 | 07/2025 |
| Controle Positivo | 2503185B | 1 | 07/2025 |
| Conjugado | 2503185A | 1 | 07/2025 |
| Diluente de Amostras | 2503185D | 1 | 07/2025 |
| Cromógeno Substrato | 2502132 | 1 | 07/2025 |
| Solução Bloqueadora | 2404323 | 1 | 10/2025 |
| Solução Lavagem | 2412116 | 2 | 05/2026 |

**CONTROLE QUALIDADE**

| VALORES ESPERADOS | VALORES OBTIDOS |
|---|---|
| D.O. | D.O. |
| Controle Negativo: < 0,200 | 0,020 |
| Controle Positivo: > 1,000 | 2,430 |
| Controle Cut Off: (CN + CP) x 0,22 | 0,539 |

| CV% | CV% |
|---|---|
| CP≤ 10% | 2,2% |

Controle Qualidade: **LIBERADO**

Resp.: Patrícia Yamaguti
CRF-SP 32.622

DATA: 06/03/2025

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Jardim Uberaba, Bragança Paulista, SP - Brasil
C.N.P.J. 00.904.728/0012-09
Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622