CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Smart Teste Sangue Oculto SYM

CÓDIGO: VYT010807841EN

Lote: 2505454

Validade: 10/2026

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Cassete	25D161	50	out/26
Tubo de coleta	2505454A	50	out/26

CONTROLE QUALIDADE		
AMOSTRAS	**CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO**	**RESULTADOS**
Amostra Negativa	linha invisível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva Fraca	linha visível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva	linha visível na região teste dentro de 5 minutos	OK
Linha de Controle	linha visível na região controle dentro de 3 minutos	OK

Controle de Qualidade: **LIBERADO**

28/05/2025

Patrícia Yamaguti

CRF-SP 32.622

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Uberaba, Bragança Paulista, S.P.- Brasil

C.N.P.J. 00.904.728/0012-09 - Fone: 0800 703 4043

Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622