CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Anti CHAGAS SYM

CÓDIGO: VYT010807805EN

Lote: 2511051

Validade: 07/2026

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Microplaca	2511051E	1	07/2026
Controle Negativo	2511051C	1	07/2026
Controle Positivo	2511051B	1	07/2026
Conjugado	2511051A	1	07/2026
Diluente de Amostras	2511051D	1	07/2026
Cromógeno Substrato	2510869	1	03/2027
Solução Bloqueadora	2510864	1	03/2027
Solução Lavagem	2510893	2	03/2027

CONTROLE QUALIDADE	
VALORES ESPERADOS	**VALORES OBTIDOS**
D.O.	D.O.
Controle Negativo: < 0,200	0,013
Controle Positivo: > 1,000	2,332
Controle Cut Off: (CN + CP) x 0,22	0,516

CV%	**CV%**
CP≤ 10%	2,2%

Controle Qualidade: **LIBERADO**

Resp.: Patrícia Yamaguti
CRF-SP 32.622

DATA: 25/11/2025

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Jardim Uberaba, Bragança Paulista, SP - Brasil
C.N.P.J. 00.904.728/0012-09
Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622