vyttra

VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2601056

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	162,8	IU/mL	81,4	244,3	40,7
		Controle Nível 2	282,8	IU/mL	141,4	424,2	70,7
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	29,0	IU/mL	23,2	34,8	2,9
		Controle Nível 2	69,0	IU/mL	55,2	82,8	6,9
FATOR REUMATÓIDE (Reagente: 2511979)	FR	Controle Nível 1	28,2	IU/mL	14,1	42,3	7,1
		Controle Nível 2	58,0	IU/mL	29,0	87,1	14,5
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,86	mg/dL	0,37	1,35	0,24
		Controle Nível 2	6,19	mg/dL	2,66	9,72	1,76

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2601056

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	162,8	IU/mL	81,4	244,3	40,7
		Controle Nível 2	282,8	IU/mL	141,4	424,21	70,7
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	29,0	IU/mL	23,2	34,8	2,9
		Controle Nível 2	69,0	IU/mL	55,2	82,8	6,9
FATOR REUMATÓIDE (Reagente: 2511979)	FR	Controle Nível 1	28,2	IU/mL	14,1	42,3	7,1
		Controle Nível 2	58,0	IU/mL	29,0	87,06	14,51
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,86	mg/dL	0,37	1,35	0,24
		Controle Nível 2	6,19	mg/dL	2,66	9,72	1,76

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2601056

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	162,8	IU/mL	81,4	244,3	40,7
		Controle Nível 2	282,8	IU/mL	141,4	424,2	70,7
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	29,0	IU/mL	23,2	34,8	2,9
		Controle Nível 2	69,0	IU/mL	55,2	82,8	6,9
FATOR REUMATÓIDE (Reagente: 2511979)	FR	Controle Nível 1	28,2	IU/mL	14,1	42,3	7,1
		Controle Nível 2	58,0	IU/mL	29,0	87,06	14,51
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,86	mg/dL	0,37	1,35	0,24
		Controle Nível 2	6,19	mg/dL	2,66	9,72	1,76

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5