CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Anti CHAGAS SYM — CÓDIGO: VYT010807805EN

Lote: 2602090 — Validade: 08/2026

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Microplaca	2602090E	1	08/2026
Controle Negativo	2602090C	1	08/2026
Controle Positivo	2602090B	1	08/2026
Conjugado	2602090A	1	08/2026
Diluente de Amostras	2602090D	1	08/2026
Cromógeno Substrato	2601055	1	06/2027
Solução Bloqueadora	2601060	1	06/2027
Solução Lavagem	2601066	2	06/2027

CONTROLE QUALIDADE	
VALORES ESPERADOS	**VALORES OBTIDOS**
D.O.	D.O.
Controle Negativo: < 0,200	0,025
Controle Positivo: > 1,000	2,188
Controle Cut Off: (CN + CP) x 0,22	0,487

CV%	**CV%**
CP≤ 10%	2,2%

Controle Qualidade: **LIBERADO**

Resp.: Patrícia Yamaguti
CRF-SP 32.622

DATA: 09/02/2026

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Jardim Uberaba, Bragança Paulista, SP - Brasil
C.N.P.J. 00.904.728/0012-09
Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622