vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2602082

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,113	g/L	0,090	0,136	0,011
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,557	g/L	0,446	0,668	0,055

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2602082

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,113	g/L	0,090	0,136	0,011
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,557	g/L	0,446	0,668	0,055

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2602082

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,113	g/L	0,090	0,136	0,011
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,557	g/L	0,446	0,668	0,055

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5