VYTCON HbA1c I e II

LOTE: 2602125

VAL: 06/2026

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
HbA1c	CTRL 1	Controle Nível 1	5,95	%	4,76	7,14	0,595
	CTRL 2	Controle Nível 2	9,70	%	7,76	11,64	0,970

Obs.: realizar a hemólise dos controles seguindo o preparo:

1000uL de hemolisante + 20uL de controle.

FMCQ173.5

VYTCON HbA1c I e II

LOTE: 2602125

VAL: 06/2026

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
HbA1c	CTRL 1	Controle Nível 1	5,95	%	4,76	7,14	0,595
	CTRL 2	Controle Nível 2	9,70	%	7,76	11,64	0,970

Obs.: realizar a hemólise dos controles seguindo o preparo:

1000uL de hemolisante + 20uL de controle.

FMCQ173.5

VYTCON HbA1c I e II

LOTE: 2602125

VAL: 06/2026

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
HbA1c	CTRL 1	Controle Nível 1	5,95	%	4,76	7,14	0,595
	CTRL 2	Controle Nível 2	9,70	%	7,76	11,64	0,970

Obs.: realizar a hemólise dos controles seguindo o preparo:

1000uL de hemolisante + 20uL de controle.

FMCQ173.5