vyttra

CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Smart Teste Sangue Oculto SYM — CÓDIGO: VYT010807841EN

Lote: 2603212 — Validade: 30/06/2027

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Cassete	25L139	50	jul/27
Tubo de coleta	2603212A	50	jun/27

CONTROLE QUALIDADE		
AMOSTRAS	**CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO**	**RESULTADOS**
Amostra Negativa	linha invisível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva Fraca	linha visível na região teste dentro de 10 minutos	OK
Amostra Positiva	linha visível na região teste dentro de 5 minutos	OK
Linha de Controle	linha visível na região controle dentro de 3 minutos	OK

Controle de Qualidade: **LIBERADO**

12/03/2026

Patrícia Yamaguti

CRF-SP 32.622

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Uberaba, Bragança Paulista, S.P.- Brasil

C.N.P.J. 00.904.728/0012-09 - Fone: 0800 703 4043

Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622