CERTIFICADO DE ANÁLISE

KIT: Anti CHAGAS SYM — CÓDIGO: VYT010807805EN

LOTE: 2605325 — VAL: 30/04/2027

COMPONENTES DO KIT			
DESCRIÇÃO	**LOTE**	**QUANTIDADE**	**VALIDADE**
Microplaca	2605325E	1	04/2027
Controle Negativo	2605325C	1	04/2027
Controle Positivo	2605325B	1	04/2027
Conjugado	2605325A	1	04/2027
Diluente de Amostras	2605325D	1	04/2027
Cromógeno Substrato	2601055	1	06/2027
Solução Bloqueadora	2604299	1	10/2027
Solução Lavagem	2601066	2	06/2027

CONTROLE QUALIDADE	
VALORES ESPERADOS	**VALORES OBTIDOS**
D.O.	D.O.
Controle Negativo: < 0,200	0,017
Controle Positivo: > 1,000	2,118
Controle Cut Off: (CN + CP) x 0,22	0,470

CV%	**CV%**
CP≤ 10%	2,1%

Controle Qualidade: **LIBERADO**

Resp.: Patrícia Yamaguti
CRF-SP 32.622

DATA: 05/05/2026

Vyttra Diagnósticos - Avenida Radamés Lo Sardo, 222, Jardim Uberaba, Bragança Paulista, SP - Brasil
C.N.P.J. 00.904.728/0012-09
Farmacêutico Responsável: Patrícia Yamaguti – CRF-SP 32.622