**CERTIFICADO DE ANÁLISE DE PRODUTO**

**REV:** 06
**DATA:** 20/03/2025

**Produto: Colorgram** **Lote: 2607545** **Cód.Com.: HG 026100**
**Origem: Nacional** **Fabricação: 07/2026** **Validade: 04/2028** **Cód. ID (anterior): 02.06.00001**
**Cód. Prod.: HMG010606489EN**
**Nº do boletim da análise: 069** **TPD 036**
**Nº de análise: 622/26**

**Referência: Colorgram** **Lote: 2604285** **Val: 02/2028**

**1-TESTES**

| | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Especificação** | **Início** | **Meio** | **Final** |
| **1.1 Montagem de Kit** | **1 Corante Colorgram, 1 Rinse 1, 1 Rinse 2 e 1 Bula.** | Conforme | Conforme | Conforme |
| **1.2 Análise Microscópica** | **Todas as formas e estruturas presentes no esfregaço sanguíneo devem manter-se íntegras após a coloração.** | Todas as formas e estruturas presentes no esfregaço sangüíneo encontram-se íntegras após a coloração | N/A | N/A |

PATRICIA YAMAGUTI:27564771844
Assinado de forma digital por PATRICIA YAMAGUTI:27564771844
Dados: 2026.07.29 11:38:31 -03'00'

DATA: 29/07/2026

APROVADO ( X ) REPROVADO ( )

Maria Julia Toledo
Analista

Assinado eletronicamente
Gerente da Qualidade