FERRITINA COM CONTROLE I e II

LOTE: 2607507

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
Ferritina	CTRL 1	Controle Nível 1	113	ng/mL	90	136	11,5
	CTRL 2	Controle Nível 2	376	ng/mL	301	451	37,5

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

FERRITINA COM CONTROLE I e II

LOTE: 2607507

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
Ferritina	CTRL 1	Controle Nível 1	113	ng/mL	90	136	11,5
	CTRL 2	Controle Nível 2	376	ng/mL	301	451	37,5

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

FERRITINA COM CONTROLE I e II

LOTE: 2607507

VAL: 04/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
Ferritina	CTRL 1	Controle Nível 1	113	ng/mL	90	136	11,5
	CTRL 2	Controle Nível 2	376	ng/mL	301	451	37,5

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5