vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2608576

VAL: 06/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,108	g/L	0,086	0,130	0,022
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,551	g/L	0,441	0,661	0,110

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2608576

VAL: 06/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,108	g/L	0,086	0,130	0,022
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,551	g/L	0,441	0,661	0,110

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

vyttra

VYTCON PTU I e II

LOTE: 2608576

VAL: 06/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
PROTEÍNA NA URINA	CTRL 1	Controle Nível 1	0,108	g/L	0,086	0,130	0,022
	CTRL 2	Controle Nível 2	0,551	g/L	0,441	0,661	0,110

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5