VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2609668

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	154,0	IU/mL	115,5	192,5	19,25
		Controle Nível 2	266	IU/mL	199,5	332,5	33,25
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	22,1	IU/mL	16,14	28,06	2,98
		Controle Nível 2	51,0	IU/mL	37,3	64,7	6,85
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,70	mg/dL	0,38	1,02	0,16
		Controle Nível 2	5,20	mg/dL	2,86	7,54	1,17

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2609668

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	154,0	IU/mL	115,5	192,5	19,3
		Controle Nível 2	266,0	IU/mL	199,5	332,5	33,25
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	22,1	IU/mL	16,14	28,06	3,0
		Controle Nível 2	51,0	IU/mL	37,3	64,7	6,85
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,70	mg/dL	0,38	1,02	0,16
		Controle Nível 2	5,20	mg/dL	2,86	7,54	1,17

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5

VYTCON CONTROLE REUMÁTICO

LOTE: 2609668

VAL: 03/2027

ANALITO	SIGLA	Nível	VALOR	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	DP
ANTI ESTREPTOLISINA-O	ASO	Controle Nível 1	154,0	IU/mL	115,5	192,5	19,3
		Controle Nível 2	266,0	IU/mL	199,5	332,5	33,3
FATOR REUMATÓIDE	FR	Controle Nível 1	22,1	IU/mL	16,14	28,06	3,0
		Controle Nível 2	51,0	IU/mL	37,3	64,7	6,9
PROTEÍNA C REATIVA	PCR	Controle Nível 1	0,70	mg/dL	0,38	1,02	0,16
		Controle Nível 2	5,20	mg/dL	2,86	7,54	1,17

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.

FMCQ173.5